

Орган по сертификации продукции  
ООО «Прибор-Тест».  
RA.RU.11NB05 от «14» января 2019,  
выданный Федеральной службой по аккредитации.  
Место нахождения: 124489, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4807-й, дом 7, строение 1  
Телефон: +7 (499) 645-54-23, адрес электронной почты: info.os@pribor-test.ru

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ОС  
С.В.Мамайкин  
инициалы, фамилия

подпись



## РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ

№ 0054 /Р от 03.11.2020

В результате рассмотрения заявки № 0054 от 02.11.2020

Общество с ограниченной ответственностью Научно – производственное предприятие «ЭЛЕМЕР»

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные  
ОГРН 1025005689830

ОГРН или номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя

Место нахождения:

124489, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4807-й, дом 7, строение 1.

Адреса мест осуществления деятельности:

124489, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4807-й, дом 7, строение 1;

124489, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4807-й, дом 2

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности (при не совпадении)

телефон: +7(495)9871238

адрес электронной почты: elemer@elemer.ru

телефон, адрес электронной почты

на проведение обязательной сертификации продукции:

Термопреобразователи ТПУ 0304/М3-1W

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9025 19 200 0

серийный выпуск

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой: Общество с ограниченной ответственностью Научно – производственное предприятие «ЭЛЕМЕР»

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

Место нахождения:

124489, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4807-й, дом 7, строение 1.

Адреса мест осуществления деятельности:

124489, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4807-й, дом 7, строение 1;

124489, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4807-й, дом 2

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности (при не совпадении)

по техническим условиям «Термопреобразователи ТПУ 0304/М3-1W», ТУ 26.51.43-152-13282997-2017

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

и представленных заявителем документов:

1. Технические условия «Термопреобразователи ТПУ 0304/М3-1W», ТУ 26.51.43-152-13282997-2017.
2. Руководство по эксплуатации: НКГЖ.411611.005-01РЭ.
3. Паспорт: НКГЖ.411611.005-01ПС.
4. Копии учредительных документов.
5. Перечень стандартов, применяемых на добровольной основе при изготовлении оборудования (приложение к заявке на 1 листе)

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

### ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Отказать Заявителю в проведении сертификации в связи с

тем, что действие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (в соответствии со ст.1 ТР ТС 004/2011) не распространяется на заявленную на сертификацию продукцию: Термопреобразователи ТПУ 0304/М3-1W, т.к. она предназначена для использования при номинальном напряжении ниже 50 В переменного тока и ниже 75 В постоянного тока.

Эксперт

  
подпись

О.А.Василенко

Инициалы, фамилия