

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
НПП «ЭЛЕМЕР»


В.М. Окладников

« 11 » 04 2014 г.

ПРОМЫШЛЕННОЕ КОЛЬЦО


FR

ФОРМА ЗАКАЗА

Вводится в действие с « 25 » 04 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор по маркетингу



Р.О. Балусев

« 2 » 04 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОС и ТД



Л. И. Толбина

« 02 » 04 2014 г.

Технический директор



Д. В. Дегтярев

« 2 » 04 2014 г.

Форма заказа

Промывочное кольцо

FR

FR	X	X	X	X	X	X
1	2	3	4	5	6	7

1. Тип промывочного кольца
2. Материал (таблица 1)
3. DN, мм (in): 40(3/2"), 50(2"), 65(5/2"), 80(3"), 100(4"), 150(6")
4. PN, кгс/см², (psi): 6 (150), 16 (300), 25 (400), 40 (600), 63 (900), 100 (1500), 160 (2500), 200
5. Количество промывочных отверстий: 1; 2
6. Резьба промывочных отверстий (таблица 2)
7. Стандарт фланца:
 - ГОСТ 12815-80. Код при заказе «ГОСТ»
 - ANSI 16.5. Код при заказе «ANSI»
 - DIN 2501. Код при заказе «DIN»

Таблица 1

Код при заказе	Материал мембраны
1	Нержавеющая сталь
3	Молибденовая сталь
6	Хастеллой

Таблица 2

Код при заказе	Резьба
A	M20x1,5
E	1/2" NPT
G	G 1/2"
O	Другое

Пример заказа

FR	1	100	40	2	A	ГОСТ
1	2	3	4	5	6	7