МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)**

ПРИКАЗ

02 декабря 2020 г. № 1941

Москва

О продлении срока действия утвержденных типов средств измерений

Во исполнение Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2018 г. № 2346, приказываю:

1. Продлить срок действия утвержденных типов средств измерений согласно прилагаемому перечню типов средств измерений на последующие 5 лет.

2. ФГУП «ВНИИМС» (А.Ю.Кузину) обеспечить внесение сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, включая описания типа согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Руководителя С.С.Голубев

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01C95C9A007CACB9B24B5327C21BB4CE93
Кому выдан: Голубев Сергей Сергеевич
Действителен: с 23.11.2020 до 23.11.2021

2.						
3.						
4.	Термометры электроконтактные ТКП-150, ТКП-100/М3, ТКП-100/М4	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭЛЕМЕР" (ООО НПП "ЭЛЕМЕР"), г. Москва, г. Зеленоград	59640/1	61447-15	НКГЖ.405591.023 МП (с Изменением №1)	4 года; 2 года - для термометров электроконтактных ТКП-150, ТКП-100/М3, ТКП-100/М4 с верхним пределом диапазона измерений +500 °С

5.	Комплексы измерительно-вычислительные на базе модулей "ЭЛЕМЕР-EL-4000"	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭЛЕМЕР" (ООО НПП "ЭЛЕМЕР"), г. Москва, г. Зеленоград	59901	43466-15	НКГЖ.411734.003РЭ, НКГЖ.424229.001РЭ, НКГЖ.424229.002РЭ, НКГЖ.424229.006РЭ, разделы "Методика поверки"	2 года
6.	Термопреобразователи сопротивления из платины и меди ТС-1388/1М, ТС-1388/1-1М, ТС-1388/2-1М, ТС-1388/2-3М, ТС-1388/13М	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭЛЕМЕР" (ООО НПП "ЭЛЕМЕР"), г. Москва, г. Зеленоград	59530	61352-15	ГОСТ 8.461-2009; МИ 3414-2013	Первичная поверка до ввода в эксплуатацию

7.	Регистраторы многоканальные технологические РМТ 59, РМТ 69	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭЛЕМЕР" (ООО НПП "ЭЛЕМЕР"), г. Москва, г. Зеленоград	59917	29934-15	Разделы "Методика поверки" НКГЖ.411124.002РЭ, НКГЖ.411124.003-10РЭ, НКГЖ.411124.003-20РЭ, НКГЖ.411124.004РЭ, НКГЖ.411124.005РЭ	3 года для РМТ 59, РМТ 59Ex, РМТ 59A, РМТ 59M, РМТ 59ExM, РМТ 59AM, РМТ 69, РМТ 69Ex, РМТ 69A (с индексом заказа А); 4 года для РМТ 59, РМТ 59Ex, РМТ 59M, РМТ 59ExM, РМТ 59L, РМТ 69, РМТ 69Ex, РМТ 69L (с индексом заказа В); 5 лет для РМТ 59A, РМТ 59AM, РМТ 69A (с индексом заказа В)
8.						

9.						
10.						
11.	Преобразователи давления измерительные САПФИР-22ЕМ	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭЛЕМЕР" (ООО НПП "ЭЛЕМЕР"), г. Москва, Зеленоград	42140	46376-11	НКГЖ.406233.025 МП	3 года - с погрешностью 0,15 %; 5 лет - с погрешностью 0,25 и 0,5 %
12.	Термометры электроконтактные автономные ТКП-100БП/М1, ТКП-100БП/М3	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭЛЕМЕР" (ООО НПП "ЭЛЕМЕР"), г. Москва, г. Зеленоград	60071	61859-15	НКГЖ.405591.027 МП	2 года; 4 года - для термометров электроконтактных автономных ТКП-100БП/М1, ТКП-100БП/М3 с верхним приделом диапазона измерений плюс 400 °С